



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/3/2023

Łomża dnia 27.02.2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę obłożeń operacyjnych, osłon oraz odzieży operacyjnej jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/3/2023.**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

dotyczy normy EN 13795

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z aktualną normą EN 13795 lub normą równoważną.

Pytanie nr 2

Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody o wymiarach 15x250cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osłony na przewody o wymiarach 15x250cm, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 1.

Pytanie nr 3

Pakiet 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo ze wzmocnieniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego PE+PP, zawierającej na opakowaniu 4 samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 10.

Pytanie nr 4

Pakiet 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, wiązanych z boku na troki wewnętrzne i zewnętrzne (połączone kartonikiem), spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 13.

Pytanie nr 5

Pakiet 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej 30, 5x34cm wyposażonej w 0,5-centrymetrową zakładkę stanowiącą usztywnienie i pozwalająca na kształtowanie otworu, zawierającej na opakowaniu 4 samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 14.

Pytanie nr 6

Pakiet 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na światłowody, zawierającej na opakowaniu 4 samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności,

nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 16.

Pytanie nr 7

Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dodatkowymi łatami chłonnymi o wymiarach 15x50cm, z osłoną na stolik Mayo składaną w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, w opakowaniu Tyvec-folia z 4 samoprzylepnymi naklejkami z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 1.

Pytanie nr 8

Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

- serweta **230** cm x 260-270 cm z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem (wymiary wycięcia **20** cm x 85- 90 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.50 g\m² w części podstawowej, z dodatkową warstwą chłonną **50** cm x 100-105 cm o gramaturze min. 80 g\m² i organizatorami przewodów - 1 szt.

- serweta z przylepcem **150** cm x 300-310 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.50 g\m² w części podstawowej, z dodatkową warstwą chłonną **15x50** cm o gramaturze min. 80 g\m² i organizatorami przewodów - 1 szt.

- serweta bez przylepca 100x150cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min.56 g\m² - 1 szt.

- serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190-200 cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 140-145 cm x 75-80 cm - 1 szt.

- taśma medyczna samoprzylepna 8-10 cm x 50 cm - 2 szt.

- elastyczna osłona na kończynę 35-40 cm x 120-125 cm - 1 szt.

- serwetki do osuszania rąk - 4 szt. - **brak**

osłona na stół Mayo składaną w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, w opakowaniu Tyvec-folia z 4 samoprzylepnymi naklejkami z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 2.

Pytanie nr 9

Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu minimalnie **różniącego się** od opisanego w SWZ?

- serweta z przylepcem **230** cm x 300-310 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3-4 cm, wykonana z **laminatu dwuwarstwowego** o gramaturze min. 50 g\m² w części podstawowej, z dodatkową warstwą chłonną wokół otworu o gramaturze min. 80 g\m² i organizatorami przewodów - 1 szt.

- serweta z przylepcem 160-170 cm x 180-190 cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56 g\m² - 1 szt. – **brak lub serweta 150x180cm – dostarczana oddzielnie**

- serweta na stół instrumentariuszki 140-150 cm x 190-200 cm - 1 szt.

- serweta na stół Mayo 140-145 cm x 75-80 cm - 1 szt.

- taśma medyczna samoprzylepna 8-10 cm x 50 cm - **2** szt.

- serwetki do osuszania rąk - 4 szt.

osłona na stół Mayo składaną w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, w opakowaniu Tyvec-folia z 4 samoprzylepnymi naklejkami z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 3.

Pytanie nr 10

Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę 30x120cm, wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, wyposażonej 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm, na opakowaniu 4 samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 4.

Pytanie nr 11

Pakiet 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, wiązanych z boku na troki wewnętrzne i zewnętrzne (połączone kartonikiem), na opakowaniu 4 samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 20.

Pytanie nr 12

Pakiet 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu Procedure Pack?

Skład: - Ilość

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w - 10

- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm - 1

- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną - 1

- Serweta podfoliowana Hospidrape 50x60cm - 1

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m², spełniającego wymagania normy EN 3795-1:1019

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, 2 etykiety TAG z nr REF, LOT, datą ważności

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 21.

Pytanie nr 13

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety chirurgicznej dwuwarstwowej 120x150cm z otworem o średnicy 12cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 28 poz. 1.

Pytanie nr 14

Pakiet 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z osłoną na stolik Mayo składaną w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, w opakowaniu Tyvec-folia z 4 samoprzylepnymi naklejkami z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 30.

Pytanie nr 15

dot. wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie ich wysokości do:

- a. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. a);
- b. 0,5 % wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b);
- c. 0,5 % wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów z usztywnionym brzegiem, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 3 poz. 1.

Pytanie nr 17**Pakiet 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm i boku długości 7 cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15 cm

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Do zestawu dołączona osobno sterylna serweta na stolik Mayo.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 3 poz. 2.

Pytanie nr 18**Pakiet 3 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawem zakończonym mankietem o szer. 7,5 cm (+/- 1 cm). Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 3 poz. 3.

Pytanie nr 19**Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu o składzie:

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm, wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

6 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, z włókniny spunlace 80g/m²

2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm, pięciowarstwowy, z wkładem wysokochłonnym z waty celulozowej i pulpy celulozowej o chłonności 0,152ml/cm³?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 1.

Pytanie nr 20

Pakiet 4 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 4 poz. 1, 2.

Pytanie nr 21

Pakiet 4 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 1, 2.

Pytanie nr 22

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu z podkładem chłonnym 60cm x 60cm o chłonności 789ml oraz podkład chłonny 60cm x 90cm o chłonności 1177ml bez wyraźnej antypoślizgowości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 1.

Pytanie nr 23

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu o poniższym składzie:

2 x Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa (PE + PP) o gramaturze 60g/m²

1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm

1 x Podkład chłonny 60cm x 60cm

2 x Serweta chłonna 60cm x 80cm

6 x Serwetka chłonna 25cm x 25cm

5 x Kompres z gazy 17N 12W 5cm x 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 1.

Pytanie nr 24

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 2- warstwową o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 200/260x310 wzmocniona (86g/m²) z otworem z folią chirurgiczną 30x30 cm, wycięciem w kształcie gruszki 16x18 cm zintegrowaną z workiem (2 zaworki spustowe) oraz dwoma organizerami przewodów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 2.

Pytanie nr 25

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładem o chłonności 1177ml bez wyraźnej właściwości antypoślizgowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 2.

Pytanie nr 26

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu barkowego o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 3.

Pytanie nr 27

Pakiet 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,


1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m².



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 4.

Pytanie nr 28

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 5.

Pytanie nr 29

Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 4 poz. 6.

Pytanie nr 30

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową. Opakowanie typu papier-foolia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 5 poz. 1.

Pytanie nr 31

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 40x42cm o powierzchni klejącej 40x36cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 8 poz. 1.

Pytanie nr 32

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 30x28cm o powierzchni klejącej 30x22cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 8 poz. 2.

Pytanie nr 33

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m² (+/- 2g/m²)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 9 poz. 1.

Pytanie nr 34

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii PE o gramaturze 50g/m² oraz włókniny chłonnej o łącznej gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 10 poz. 1.

Pytanie nr 35

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na aparaturę, w rozmiarze 85 x 85 cm, ściągnięty elastyczną gumką, wykonany z folii PE o grubości 0,035mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 15 poz. 1.

Pytanie nr 36

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 16 x 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 16 poz. 1.

Pytanie nr 37

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyny o wymiarach 35 x 120 cm, wykonane z laminatu o gramaturze 56g/m², z 1 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 10 x 50 cm w komplecie. Osłony pakowane pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 17 poz. 1.

Pytanie nr 38

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyny o wymiarach 70 x 120 cm, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², bez taśmy samoprzylepnej. Osłony pakowane a'2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 17 poz. 1.

Pytanie nr 39

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyny o wymiarach 30 x 80 cm, wykonane z laminatu o gramaturze 56g/m², z 1 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 10 x 50 cm w komplecie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 18 poz. 1.

Pytanie nr 40

Pakiet 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 21 poz. 1.

Pytanie nr 41

Pakiet 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 42

Pakiet 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę w jednym kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 22 poz. 1.

Pytanie nr 43

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 44

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu ściągany lekką nie uciskającą gumką na całym obwodzie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 24 poz. 1.

Pytanie nr 45

Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 46

Pakiet 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w

części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Paroprzepuszczalność 4377 g/m²/24h. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 26 poz. 1.

Pytanie nr 47

Pakiet 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w rozmiarze S-XXXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne w rozmiarze S-XXXL. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 26 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 48

Pakiet 28 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwety z 4 szt etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 28 poz. 1 i 2.

Pytanie nr 49

Pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą operacyjną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne i gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 30 poz. 1.

Pytanie nr 50

Pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą bez przylepca wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 30 poz. 1.

Pytanie nr 51

Pakiet 30 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 30 poz. 1, 2.

Pytanie nr 52

Pakiet 30 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stolik instrumentalny wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 30 poz. 1, 2.

Pytanie nr 53

Pakiet 30 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 3 szt taśmy samoprzylepnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 30 poz. 1, 2.

Pytanie nr 54

Pakiet 30 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z elastycznym pokrowcem na kończyne wykonaną z kratonu 88µm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 30 poz. 1, 2.

Pytanie nr 55

Pakiet 30 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą operacyjną wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 30 poz. 2.

Pytanie nr 56

Dotyczy wymogu dostarczenia próbek

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet 29

Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuści

Zestaw do osłony głowicy USG:

- sterylny,
- jednorazowego użytku,
- pakowany pojedynczo.

Zawierający:

- osłonę na głowice USG wykonaną z przezroczystej folii PE w rozmiarze 13 -15 cm x 61 - 65 cm - 1 szt,
- sterylną serwetę o wymiarach 30-50 cm x 30-50 cm - 1 szt,
- żel do USG 20-30 g - 1 szt,
- gumki mocujące osłonę głowicy - 2 szt

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 29.

Pytanie nr 58

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 16 x 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 1.

Pytanie nr 59

Pakiet 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści min. 2 samoprzylepne naklejki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ odpowiednio w Pakiecie 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16.

Pytanie nr 60

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 13.

Pytanie nr 61

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 60 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gramaturę min 60 g/m², pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 9.

Pytanie nr 62

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści z folii przezroczystej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza asortyment z folii przezroczystej pod warunkiem, że spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 14.

Pytanie nr 63**Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 85 x 85 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 15.

Pytanie nr 64**Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści grubość foli PE o grubości min.0,04 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 15.

Pytanie nr 65**Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 16 x 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 16 x 200 cm pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 16.

Pytanie nr 66**Pakiet 19 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalny:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 1.

Pytanie nr 67

Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 2.

Pytanie nr 68

Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 serweta główna 230 x 320 cm, z samouszczelniającym otworem (∅ 7 cm) i padem chłonnym 50 x 50 cm wokół otworu. Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 3.

Pytanie nr 69

Pakiet 19 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści min. 2 samoprzylepne naklejki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza min. 2 samoprzylepne naklejki. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 1-4 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 70

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 20.

Pytanie nr 71

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści rozmiary M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 20 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 72

Pakiet 20, 21, 28 poz. 1, 2.

Czy Zamawiający dopuści min. 2 samoprzylepne naklejki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza min. 2 samoprzylepne naklejki. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 20, 21, 28 poz. 1, 2 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 73

Pakiet 24, 25

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 24 i 25.

Pytanie nr 74

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tylko koloru zielonego. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 24 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 75

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furazerka wiązaną z tyłu na troki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 24.

Pytanie nr 76

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tylko koloru niebieskiego. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 24 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 77

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści czepek typu berek ściągany dookoła gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 24.

Pytanie nr 78

Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furazerka wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej

- o gramaturze 25g/m²
- w kształcie furazerki, z trokami w części tylnej
- lekki i dobrze przepuszczający powietrze
- zapewniający komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 25.

Pytanie nr 79

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 26.

Pytanie nr 80

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści rozmiary S, M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 26.

Pytanie nr 81

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia- papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie folia- papier. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 26 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 82

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane na troki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spodnie wiązane na troki, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 26.

Pytanie nr 83

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 150 cm z otworem o średnicy 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 28 poz. 1.

Pytanie nr 84

Pakiet 31

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8 x 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 31.

Pytanie nr 85

Pakiet 24, Pakiet 25

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 24 i 25.

Pytanie nr 86

Pakiet 24

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 24.

Pytanie nr 87

Pakiet 25

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 25.

Pytanie nr 88

Pakiet 4 poz. 2

Zważywszy na fakt iż Zamawiający wymaga serwety 320-325 cm x 250-260 cm w kształcie litery T, z otworem 35 cm x 35 cm, z workiem na płyny i folią chirurgiczną - 1 szt.(zaworki spustowe przy worku min. 2szt., organizery przewodów min. 4 szt.), czy Zamawiający dopuści serwetę o nieznacznie różniących się parametrach 325 cm x 250 cm w kształcie litery T, z otworem 35 cm x 32 cm, z workiem na płyny i folią chirurgiczną - 1 szt.(zaworki spustowe przy worku 2 szt., organizery przewodów – 2 podwójne)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę o podanych parametrach pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 4 poz. 2

Pytanie nr 89

Pakiet 4 poz. 4

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga kieszeni dwukomorowej na płyny z kształtką 25 - 30 cm x 20 -25 cm - 2 szt., czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową na płyny z kształtką o wymiarach nieznacznie różniących się 42 cm x 35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kieszenie o podanych parametrach pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 4 poz. 4.

Pytanie nr 90

Pakiet 4 poz. 6

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga 4 szt. serwetek do osuszania rąk, czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 2 szt. serwetek do osuszania rąk ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający 2 szt. serwetek do osuszania rąk. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 4 poz. 6 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 91

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety nieposiadające przylepca wokół otworu? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 9 poz. 1.

Pytanie nr 92

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii o grubości 50 mikronów zamiast 60 mikronów?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 10 poz. 1.

Pytanie nr 93

Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie i parametrach:

serweta z przylepcem	1	Typu L2 + warstwa chłonna 60g/m2	240x150 (37,5x70)
serweta z przylepcem	1	Typu L2 + warstwa chłonna 60g/m2	200x170 (37,5x70)
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Typu L2 + warstwa chłonna 60g/m2	90x75 (37,5x70)
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 1.

Pytanie nr 94

Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie i parametrach:

Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną, wycięciem U 100x20 cm i przylepcem	1	Typu L2 + warstwa chłonna 60g/m2	260x230 (120x80)	WYCIĘC. U	100x20
Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną i przylepcem	1	Typu L2 + warstwa chłonna 60g/m2	240x150 (37,5x70)		
pokrowiec na nogę	1	L2	120x37		
kieszon na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40x30		
taśma medyczna	6	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 2.

Pytanie nr 95

Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie i parametrach:

serweta z elementem elastycznym i otworem	1	Laminat o gram. 73g/m2	300x240	OKRĄG	4
---	---	------------------------	---------	-------	---

		bez wzmocnień			
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 3.

Pytanie nr 96

Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 37 x 120 cm z dwoma taśmami lepnyymi w rozmiarze 9 x 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 4.

Pytanie nr 97

Pakiet 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki mocowane na elastyczne taśmy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 22 poz. 1.

Pytanie nr 98

dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany w op. foliowe a 100szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 24 poz. 1.

Pytanie nr 100

Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany w op. foliowe a 100szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 25 poz. 1.

Pytanie nr 101

Pakiet 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne spełniające poniższy opis ?

Ubranie medyczne o gramaturze 40 g/m² materiał SMS bez strzępień, kolor niebieski, 3 kieszenie, spodnie wyposażone w gumkę, bluza z krótkim rękawem, dekol V obszyty lamówką, antystatyczny, oddychający, odporny na penetrację cieczy, odporny na rozciąganie, dostępne rozmiary: S-XXL. Odzież medyczna pakowana pojedynczo w torebki foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 26 poz. 1.

Pytanie nr 102

Pakiet 8 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze powierzchnia lepna 40 x 42 cm, całkowita 40 x 50,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 8 poz. 1.

Pytanie nr 103

Pakiet 8 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze powierzchnia lepna 30 x 28 cm, całkowita 28 x 38,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 8 poz. 2.

Pytanie nr 104

Pakiet 13

Ze względu na to, że zamawiający nie określił metody łączenia na szwach, prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje fartuchów klejonych na szwach, które jako jedyne zapewniają pełne bezpieczeństwo

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy klejone na szwach, ale nie wymaga. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 13 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 105

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie osłony w rozmiarze 91 x 91 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 2.

Pytanie nr 106

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie osłony w rozmiarze 85 x 95 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osłony w rozmiarze 85 x 95 cm. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 2 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 107

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie osłony 58 x 50 cm po rozciągnięciu średnica 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 2.

Pytanie nr 108

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwety do PCNL o poniższych parametrach:

-Serweta do nefroskopii 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 klapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folia operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa). I klasa palności.Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2. pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem+ serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (pakowana osobno)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 3 poz. 1.

Pytanie nr 109

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystoskopsji o poniższych parametrach:

Sterylny zestaw cystoskopsjny. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 40 μ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 79x140 cm z włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy (pylenie ≤1,9 log₁₀) o gramaturze max.58g/m². Materiał odporny na przenikanie płynów powyżej 178 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 145 kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 3 poz. 2.

Pytanie nr 110**Pakiet 3 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższych parametrach:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 3 poz. 3.

Pytanie nr 111**Pakiet 9**

Prosimy o dopuszczenie opisanej serwety chłonnej na całej powierzchni o gramaturze materiału 58 g/m²? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 9.

Pytanie nr 112

Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70 μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 10.

Pytanie nr 113

Pakiet 13

Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższych parametrach:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rękawkami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, po warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 13.

Pytanie nr 114

Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 $\geq 100\text{cm H}_2\text{O}$, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 $\geq 40\text{kPa}$, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 $\geq 20\text{N}$, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0 \log_{10}$, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300 . Fartuch oznaczony w centymetrach: M- 115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 13.

Pytanie nr 115

Pakiet 14

Prosimy o dopuszczenie kieszeni samoprzylepnej na narzędzia w rozmiarze 33x 41 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kieszenie samoprzylepne na narzędzia w rozmiarze 33 x 41 cm, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 14.

Pytanie nr 116

Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie pokrowca w rozmiarze 18 x 250 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pokrowce w rozmiarze 18 x 250 cm, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 16.

Pytanie nr 117

Pakiet 17

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylny, jednorazowy osłony na nogi 75x120cm, po rozłożeniu 75x135cm pakowane po 2 szt., wykonane z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polietylen + polipropylen) o gramaturze 58g/m², odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa). Produkt spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Dodatkowe owinięcie nogawic z włókniny typu SMS 60x60cm w celu zapewnienia sterylności podczas aplikacji. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Nogawice pakowane zbiorczo w torbę foliową po 36 szt., następnie karton.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 17.

Pytanie nr 118

Pakiet 18

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylna, jednorazowa osłona na kończynę 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepyłącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log₁₀) o gramaturze max. 58g/m², odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H₂O, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 18.

Pytanie nr 119

Pakiet 19 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie: Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetracje płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 1.

Pytanie nr 120

Pakiet 19 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji biodra:

Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem
1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm
1 x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm
1 x serweta do operacji biodra 230x305 +/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze 58g/m² , niskim współczynnikiem pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i wysokiej absorpcji > 700ml/m². I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 2.

Pytanie nr 121

Pakiet 19 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylny zestaw do operacji dłoni. Skład zestawu:

2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm

1 x serweta przylepna 75 x 75 cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 200 x 300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 6 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów >178 cm H₂O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 3

Pytanie nr 122

Pakiet 19 poz. 3

Sterylny zestaw do operacji dłoni. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z elastycznym otworem \varnothing 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min. 115 g/m² o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H₂O.

I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 3

Pytanie nr 123

Pakiet 19 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylna, elastyczna, dwuwarstwowa osłona na kończynę 30x122cm wykonana z antypoślizgowego, termoplastycznego elastomeru (styren-etylen/butylen-styren) a w części wewnętrznej z poliestrowej dzianiny Jersey . Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo w karton transportowy po 10 szt. Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 19 poz. 4.

Pytanie nr 124

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥ 20 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,9IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 20.

Pytanie nr 125

Pakiet 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylna, jednorazowa, miękka mata magnetyczna , 48 szt. magnesów zatopionych w piance PU, antypoślizgowy piankowy spód, kolor zielony, rozmiar 41x51cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 27.

Pytanie nr 126

Pakiet 30 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta 145 x193 cm, pełnobarierowa

1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

3 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, wyposażona w zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m², pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m²), odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (> 570kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 30 poz. 1.

Pytanie nr 127

Pakiet 30 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142cm,

1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem \emptyset 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m² pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów min. 200 cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 30 poz. 2.

Pytanie nr 128

dot. treści umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
 - 2) za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy:
 - b) za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:
 - i. w wysokości 0,5 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu
 - ii. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu.
 - c) za zwłokę w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8.1 ust. 3 Umowy:

i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części asortymentu
ii. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części asortymentu

d) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności o których mowa w §1 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 129

dot. wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 130

Pakiet 23

Proszę o dopuszczenie maseczek typu II

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 23.

Pytanie nr 131

Pakiet 23

Proszę o dopuszczenie maseczek w kolorze niebiskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 23.

Pytanie nr 132

Pakiet 24

Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie typu folia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 24.

Pytanie nr 133

Pakiet 24

Proszę o dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czepki w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 24 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 134

Pakiet 26

Proszę o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z SMS o gramaturze 40 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 26.

Pytanie nr 135

Pakiet 26

Proszę o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w rozmiarze S-XXL

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 26.

Pytanie nr 136

Pakiet 26

Proszę o dopuszczenie ubrania chirurgicznego z wykończeniem po szyi w półkole.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 26.

Pytanie nr 137

Pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie:

Fartuch chirurgiczny, wzmocniony, niesterylny.

- przód fartucha i $\frac{3}{4}$ rękawów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmocnione włókniną foliowaną PP+PE o gramaturze 40g/m² (razem daje gramaturę 75 g/m²),
- tył fartucha wykonany z włókniny polipropylenowej, przepuszczającej powietrze, o gramaturze min. 35 g/m²,
- rękaw fartucha wykończony mankietem opinającym nadgarstek, szerokość mankietu min. 7 cm,
- wiązanie znajduje się z tyłu fartucha,
- potwierdzenie parametrów: arkusz danych technicznych gotowego wyrobu medycznego, potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą EN 13 795: 1 – dotyczącej fartuchów chirurgicznych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 5.

Pytanie nr 138

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści taśmę posiadającą dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera. Pozostałe zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 7.

Pytanie nr 139

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 62g/m², której parametry będą potwierdzone arkuszem danych technicznych gotowego wyrobu oraz posiadającą dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 9.

Pytanie nr 140

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści osłona na stolik Mayo wykonanej z folii polietylenowej o grubości 0,065mm oraz włókniny w obszarze wzmocnionym o gramaturze 40g/m², której parametry będą

potwierdzone arkuszem danych technicznych gotowego wyrobu oraz posiadającej dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 10.

Pytanie nr 141

Pakiet 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha z dwoma serwetkami do osuszania rąk oraz którego parametry będą potwierdzone arkuszem danych technicznych gotowego wyrobu i posiadającego dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 13.

Pytanie nr 142

Pakiet 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kieszeni posiadającej dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 14.

Pytanie nr 143

Pakiet 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pokrowca w rozmiarze 13cm x 250cm oraz posiadającego dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 16.

Pytanie nr 144

Pakiet 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha o mankiecie min. 6cm, oraz którego parametry będą potwierdzone arkuszem danych technicznych gotowego wyrobu i posiadającego dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 20.

Pytanie nr 145

Pakiet 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha z pięciowarstwowej włókniny, dwoma ręczniczkami do osuszania rąk oraz którego parametry będą potwierdzone arkuszem danych technicznych gotowego wyrobu i posiadającego dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 20.

Pytanie nr 146

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne zgodne z EN 13795- 2 – zgodnie z obecnie obowiązującą normą część 2 dotyczy ubrań chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 26 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 147

Pakiet 26

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu paroprzepuszczalności w ubraniach chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 26.

Pytanie nr 148

Pakiet 28 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w rozmiarze 100x150 cm z przylepnym otworem 9x12cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 28 poz. 1.

Pytanie nr 149

Pakiet 30 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym opisie:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

którego parametry będą potwierdzone arkuszem danych technicznych gotowego wyrobu i posiadającego dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 30 poz. 1.

Pytanie nr 150

Pakiet 30 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym opisie:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,

1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę $\varnothing 7$ i $\varnothing 5$ cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm

1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,

1 osłona na kończynę 35x80cm,

2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

2 ręczniki celulozowe 30x40cm

którego parametry będą potwierdzone arkuszem danych technicznych gotowego wyrobu i posiadającego dwie samoprzylepne naklejki zawierające informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja importera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 30 poz. 2.

Pytanie nr 151

dot. wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 152

dot. wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 5 do SWZ.

Zamawiający, wyjaśnienia treści SWZ, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77b4d8ba-98b0-11ed-94da-6ae0fe5e7159> oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://szpital-lomza.pl/index.php?k=129>

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk