

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień publicznych)
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2018

09.07.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów zasadniczego i zastępczego oraz klimatyzatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży , Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1.

Dotyczy załącznika nr 7

Czy zamawiający dopuści analizator bez możliwości ciągłego doładowywania odczynników? Odczynniki mogą być doładowane po zakończeniu już rozpoczętych analiz. Próbki i kuwety oraz płyny płuczące mogą być zmieniane podczas pracy.

Odp.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści analizator dokonujący pomiaru krzepnięcia metodą opartą o zjawisko wiskozymetrii? Metoda ta jest referencyjną metodą badania wykrzepiania rekomendowaną przez CLSI ze względu na brak interferencji ze strony zabarwień osocza, a także możliwości wykrywania słabych skrzepów (w przypadku niskich wartości fibrynogenu).

Odp.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3:

Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie odczynników takich jak bufor do d-dimerów i fibrynogenu oraz CaCl o stabilności 3 dni na pokładzie aparatu?

Odp.3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4:

Prosimy o podanie nazwy programu oraz producenta aktualnie istniejącego w laboratorium systemu informatycznego.

Odp.4. PSM firmy ROCHE.

Pytanie 5:

Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatora zastępczego z menu w języku angielskim?

Odp.5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do oznaczania d-dimerów o liniowości do 4000 ng/ml w pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia próby)?

Odp.6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy umowy:

Pytanie 7:

Dotyczy: § 2¹ pkt 7.b.

Czy Zamawiający dopuści naprawy Analizatorów w wypadku awarii – maksymalnie w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia?

Odp.7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy: § 6 pkt 1.b

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii Asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy (w tym za zwłokę w dostarczeniu tonerów, o których mowa w § 2¹ ust. 6 Umowy) - w wysokości 1 % niedostarczonej części zamówienia?

Odp.8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy: § 6 pkt 1.c

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8¹ ust. 3 Umowy, - w wysokości 1 % wymienianego asortymentu?

Odp.9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10

Dotyczy: § 6 pkt 1.d

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 9 ust. 2¹ Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

Odp.10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy: § 6 pkt 1.e

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za nie zawarcie w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

Odp.11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 12

Dotyczy: § 6 pkt 1.f

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w dostarczeniu, uruchomieniu i instalacji Urządzeń w terminie o którym mowa w § 2¹ ust. 2 Umowy – w wysokości 0,1% ogólnego wynagrodzenia brutto tytułem czynszu najmu i innych świadczeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy, za każdy dzień zwłoki,

Odp.12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13

Dotyczy: § 6 pkt 1.g

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w wymianie części zużywalnych lub w dokonaniu przeglądu konserwacyjnego w ramach Serwisu w terminie określonym przez Strony - w wysokości 0,1% ogólnego wynagrodzenia brutto tytułem czynszu najmu i innych świadczeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b

Umowy, za każdy dzień zwłoki

Odp.13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 14

Dotyczy: § 6 pkt 1.h

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w naprawie Analizatorów w terminie 24 h od dnia przyjęcia zgłoszenia - w wysokości 1% ogólnego wynagrodzenia brutto tytułem czynszu najmu i innych świadczeń, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b Umowy, za każdy dzień zwłoki,

Odp.14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 15

Dotyczy: § 6 pkt 1.i

Czy Zamawiający dopuści karę umowną w przypadku naruszenia obowiązku udzielenia telefonicznej porady technicznej, o której mowa w § 2¹ ust. 7 lit. c Umowy – w wysokości 2% ogólnego wynagrodzenia brutto tytułem czynszu najmu i innych świadczeń, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b Umowy, za każde naruszenie,

Odp.15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy: § 6 pkt 1.j

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za nieprzywrócenie do porządku pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w sytuacji, o której mowa w §2¹ ust. 5 Umowy – w wysokości 200 zł.

Odp.16. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Informację wysyłamy drogą elektroniczną oraz zamieszczamy na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

dr med. Hanna Majewska-Dąbrowska

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień publicznych)
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2018

06.07.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów zasadniczego i zastępczego oraz klimatyzatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży , Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.**

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie orientacyjnej ilości próbek D-Dimerów (w %) dla zakresu pomiarowego 5000 – 7000 ng/ml.

Ad. 1. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy parametr: „Możliwa współpraca z istniejącym w laboratorium systemem informatycznym” należy rozumieć jako podłączenie analizatora do istniejącego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy?

Ad.2. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora zastępczego używanego, po gruntownym przeglądzie technicznym, wyprodukowanego w roku 2016 (analizator identyczny jak główny)?

Ad.3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora zastępczego używanego , którego sprawność będzie potwierdzona dokumentem aktualnym na dzień złożenia oferty.

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie parametrów jakie ma posiadać zestaw komputerowy wraz z drukarką, które Wykonawca ma dostarczyć wraz z analizatorem.

Ad.4. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Informację wysyłamy drogą elektroniczną oraz zamieszczamy na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

dr med. Hanna Majewska-Dąbrowska

