



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2023.**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet 49 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby adapter wymieniony w poz. 2 w Pakiecie nr 49 umożliwiał podłączenie jednorazowej sondy argonowej z wbudowanym mikrofiltrem do diatermii Erbe VIO 200S?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 49 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby sondy argonowe wymienione w poz. 1 w Pakiecie nr 49 zapewniały pełną współpracę z endoskopami giętkimi typu gastroskop, kolonoskop użytkowymi w Szpitalu?

Oznacza to, że średnica zewnętrzna sond powinna wynosić maks. 2,3mm, a długość robocza powinna być nie mniejsza niż 2,2m.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 15 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku:

- łyżeczki owalne z okienkiem z igłą i bez igły,
- łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach;
- PE osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów;
- pakowane oddzielnie w sterylne pakiety

Różne rozmiary do wyboru Zamawiającego:

- średnica 2,3mm, rozwarście łyżeczek max 8,0mm i długość 160 cm, 180cm i 230 cm,
- średnica 3,0 mm, rozwarście łyżeczek 8,5mm (Jumbo) i długość 230cm,
- średnica 1,8mm, rozwarście łyżeczek 5,0mm, długość 120cm, 160 cm i 180cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 15 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki cytologicznej, jednorazowego użytku, do dróg żółciowych, dwukanałowa, na przewodnik 0,035", port Luer umożliwiający podanie kontrastu, długość 200 cm, średnica 2,7mm, rękojeść skalowana.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 15 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki cytologicznej jednorazowego użytku, jednokanałowa, średnica osłonki 1,8mm i długości 120cm, średnica osłonki 2,3 mm i długości 180cm oraz średnica osłonki 2,3mm i długości 230cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 15 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec do usuwania ciał obcych jednorazowego użytku, o długości narzędzia 230cm, średnicy osłonki 2,3mm, różne typu do wyboru:

- aligatorki (rozwarcie szczęk min. 8,1mm)
- zęby szczura (rozwarcie szczęk min. 6,3mm)
- krokodylki (ząb szczura połączony z aligatorkiem) (rozwarcie szczęk min. 8,1mm)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm, rozwarcie łyżeczek 8 mm i długości 160 cm, 180 cm i 230 cm, szczypiec o średnicy 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek 8,9 mm, (jumbo), długość 230 cm oraz szczypiec o średnicy 1,8 mm, rozwarcie łyżeczek 5 mm, długość 100 cm, 120 cm, 160 cm i 180 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 15 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 200 cm, rękojeść bez skali.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 15 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 200 cm i 230 cm, średnica osłonki 1,8 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 15 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy osłonki 2,4 mm, typu – aligatorki o rozwarciu szczęk 8,0 mm, zęby szczura o rozwarciu szczęk 7,0 mm oraz krokodylki o rozwarciu szczęk 8,0 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 15 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie chwytaków w formie siatki rozpostartej na owalnej pętli w rozmiarach: - średnica pętli 25 mm, głębokość siatki po rozłożeniu 45 mm, długość narzędzia 160 cm, średnica osłonki 1,8 mm - średnica pętli 25 mm, głębokość siatki po rozłożeniu 45 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,5 mm - średnica pętli 40 mm, głębokość siatki po rozłożeniu 65 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,5 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 107

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,5 mm i 0,6 mm do wyboru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 94

Czy Zamawiający wymaga aby elektrody spełniały standardy zgodnie z normą EN/IEC 60601-2-25 oraz EN/ IEC 60601-2-27 oraz AAMI EC12 a także AAMI EC11 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14

Pakiet 94

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod przeziernych w promieniach RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15

Pakiet 94

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod przeziernych w promieniach RTG których powierzchnia adhezyjna składa się z hydrożelowego rdzenia z hydrokolidową obwódką, co umożliwia użytkowanie na jednym pacjencie bez zdejmowania do 5 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16

Pakiet 94

Czy Zamawiający pod pojęciem 1 szt. wymaga dostarczenia kompletu elektrod w opakowaniu zawierającym 3 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 1600 szt. elektrod.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod w opakowaniach, pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.

Zamawiający, wyjaśnienia treści SWZ, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-58b0d15e-ed9b-11ed-9355-06954b8c6cb9>

oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://szpital-lomza.pl/index.php?k=129>

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk