

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/77/2017

24.10.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

DZIERŻAWĘ 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY I 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .2017 r. poz. 1579) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, jak poniżej:

Dotyczy: ZT-SZP-226/01/77/2017 pakiet 1 pozycja 4,2 termin składania ofert 31.10.2017

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długościach tip to cuff/długość całkowita: 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4,2 do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy: ZT-SZP-226/01/77/2017, Pakiet 1 Dzierżawa 12 aparatów do hemodializy i 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem, ilość pozycji 12, pozycja, 4,1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystycznie oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy: ZT-SZP-226/01/77/2017, Pakiet 1 Dzierżawa 12 aparatów do hemodializy i 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem, ilość pozycji 12, pozycja, 4,2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm (długość od mufy- 19cm), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm), 36cm (długość od mufy- 31cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4,1 oraz pozycji 4,2 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.1 Dializatory niskoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach : 1,0m 1,4m 1,8m , zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.1 Dializatory niskoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach : 1,4m 1,8m , zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.2 Dializatory wysokoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach: 1,0m 1,4m 1,8m ,zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.2 Dializatory wysokoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach: 1,4m 1,8m ,zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na składowanie osobnych ofert na dzierżawę aparatów do hemodializy i dzierżawę aparatów do hemodiafiltracji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w pakiecie nr 1 w pkt. 3.1, wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji i złożenie osobnej oferty dializatorów niskoprzepływowch o unikalnej trójwarstwowej błonie, które zapewniają stabilne i wysokie tempo transportu, efektywny klirens mocznika i fosforanów o wysokiej biogodności kompatybilnych z aparatami własnymi Zamawiającego oraz z aparatami oferowanymi w dzierżawie o pow. 1.4; 1.7; 2.1 do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w pakiecie nr 1 w pkt. 3.2 wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji i złożenie osobnej oferty dializatorów wysokoprzepływowch o zwiększonej wydajności dzięki trójwarstwowej budowie zapewniającej selektywną przepuszczalność, dużą szybkość dyfuzji oraz minimalny opór dyfuzyjny, efektywny klirens mocznika i fosforanów o wysokiej biogodności o pow. 1.4; 1.8 do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 w pkt. 3.3 koncentratu kwaśnego w workach 3,5 l lub 5l z wyraźnym oznaczeniem składu i możliwej zmiany składu koncentratu w tym zawartości glukozy w zależności od potrzeb, kompatybilnych z oferowanymi aparatami do dializ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3.8 dopuści możliwość wyłączanie pozycji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 3.7 dopuści cewniki czasowe do dializ, zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwukanałowe, o dł.15-25cm, śr. 11-12F, proste, wyraźne oznaczenie pojemności kanałów, zaciski na ramionach cewnika, termoczule, poliuretanowe?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno-inwestycyjnych
mgr Aneta Gornólka-Siembora

