

ZT-SZP-226/01/27/2017

30.03.2017 r.

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę odczynników i akcesoriów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ.

1. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety Pasteura o długości 15 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 1. Tak, Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura o długości 15 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

2. Dotyczy warunków pod Pakietem 2

W związku z tym, że artykuły z poz. 12-14 i 20, 23 nie są wyrobami medycznym, wnosimy o zmianę zapisu:

„Poz. 12-14 , 19 i 20 nie są sklasyfikowane jako wyrób medyczny, nie wymaga się CE”

Na:

„Poz. 12-14 i 20, 23 nie są sklasyfikowane jako wyrób medyczny, nie wymaga się CE”

Ad.2. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pod Pakietem 2 i w SIWZ w części IX pkt 3.

W związku z powyższym:

- zapis pod pakietem 2 przyjmuje aktualne brzmienie:

„Dla pipet z pozycji 17 - 3 lata gwarancji.

Poz. 12-14 i 20, 23 nie są sklasyfikowane jako wyrób medyczny, nie wymaga się CE.”

- zapis w części IX pkt 3 SIWZ przyjmuje aktualne brzmienie:

Oświadczanie Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r; Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) i deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE na wszystkie zaoferowane wyroby będące i nie będące wyrobami medycznymi, oraz że okaże je na każde wezwanie Zamawiającego - dotyczy wszystkich pakietów (nie dotyczy Pakietu nr 2 poz. 12-14 i 20, 23)

3. Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do pierwszej dostawy kart charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli są one dostępne nieodpłatnie, na stronie internetowej Wykonawcy, której adres zostanie podany w ofercie?

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty posiadały deklarację zgodności CE, które muszą je

posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych?

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi .

O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych (nie są objęte obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE), nie podlegają rejestracji i polskie prawo nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeni dla takich wyrobów).

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę, aby tylko te produkty posiadały deklarację zgodności CE, które muszą je posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych.

5. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonych dla dostaw nadzwyczajnych do 48 godzin w dni robocze?

Ad. 5. Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 2 projektu umowy. W związku z powyższym przyjmuje on aktualne brzmienie:

2. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej zamówienia Kupującego w terminie (maksymalnie 5 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.*

6. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 tiret 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający w wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,”?

Ad. 6. Nie.

7. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 tiret 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,”?

Ad. 7. Nie.

8. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 tiret 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”?

Ad. 8. Nie.

9. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Ad. 9. Nie.

10. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Ad. 10. Nie.

11. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 % NIEZREALIZOWANEJ wartości umowy za odstąpienie od umowy przez Kupującego ?

Ad. 11. Nie.

12. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów o wysokości kary umownej :

§ 6 ust. 1

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy wysokości 3 % wartości niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.

§ 6 ust. 1

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 3 % produktów wadliwych, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, z tym że łącznie nie więcej niż 20 % wartości produktów wadliwych.

Ad. 12. Nie.

13. Dotyczy projektu umowy :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w umowie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 **ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny**”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Ad.13. Nie.

Zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zw. dalej SIWZ w zakresie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert (Część XII SIWZ).

Pkt. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: **kancelaria Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235)**, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża, **godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.**

b) termin składania ofert: do dnia 04.04.2017 r., do godz. 10.00.

Pkt. 2 przyjmuje następujące brzmienie:

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) **miejsce** otwarcia ofert: **Sala Konferencyjna Szpitala Wojewódzkiego im Kard. Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11,18 - 404 Łomża – II piętro, pokój 242,**

b) termin otwarcia ofert: w dniu 04.04.2017 r. o godz. 10.30.

Podisał

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Balata