

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. centr. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/02/16/2019

23.07.2019 r.

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę wirówki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o parametrach równoważnych lub lepszych w tym:

- 1) pojemność max. większej niż 1000 ml
- 2) wirnik horyzontalny o pojemności większej niż 4x100 ml, pozostałe parametry bez zmian
- 2) wyświetlacz LCD lub dotykowy TFT

Odpowiedź.

Poz. 1) Zapisy Konkursu ofert pozostają bez zmian

Poz. 2) Zamawiający dopuszcza

Poz. 3) Zapisy Konkursu ofert pozostają bez zmian

Podpisal
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr Mariusz Obrycki