



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/4/2022

Łomża dnia 04 marca 2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej Ustawą, na dostawę endoprotez, gwoździ śródszpikowych oraz implantów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania:

Płytkę anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości ramiennej, prawa i lewa, okołostawowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki 8 otworów prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokowane 3.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 91 mm do 307 mm, od 2 do 14 otworów w trzonie.

oraz

Płytkę anatomiczną blokująco - kompresyjną do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** dopuści możliwość zaoferowania implantów tytanowych zamiast stalowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 2 i 3** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości do 90 mm zamiast do 95 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** dopuści możliwość zaoferowania implantów z terminem sterylności wynoszącym 12 m-cy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający w ramach Pakietu 3,4,5,6 zgodzi się na dostarczanie implantów oraz instrumentarium na czas trwania zabiegu w formie zestawów lotnych po zgłoszeniu telefonicznym w terminie do 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 6

Czy Zamawiający w ramach Pakietu 7 zgodzi się na utworzenie banku implantów: systemu kabli ortopedycznych oraz płyt szerokich wygiętych z niezbędnymi śrubami i instrumentarium, a pozostały asortyment implantów oraz instrumentarium będzie dostarczane na czas trwania zabiegu w formie zestawów lotnych po zgłoszeniu telefonicznym w terminie do 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 1 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ (dalej jako: „Umowa”) poprzez wskazanie, że termin wskazany w wezwaniu do przedstawienia dokumentacji będzie wynosić co najmniej 10 dni. Z uwagi na szeroką gamę asortymentu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania, koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego terminu dla Wykonawcy w celu zebrania i udostępnienia wszelkiej wymaganej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 1 ust. 6 Umowy poprzez wskazanie minimalnej liczby szkoleń, która ma zostać przeprowadzona w ramach Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 8¹ ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 8¹ ust. 6 Umowy poprzez wskazanie, że Sprzedawca nie może odmówić zadośćuczynienia „uzasadnionemu” żądaniu Kupującego. Wykonawca nadmienia, iż uprawnienia z tytułu rękojmi mogą być realizowane wyłącznie w przypadku, gdy są one uzasadnione (tj. gdy występuje wada dostarczanego asortymentu).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 8¹ ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 8¹ ust. 5 Umowy poprzez wskazanie, że termin na ustosunkowanie się do żądania będzie wynosić 2 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 8¹ ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 8¹ ust. 3 Umowy poprzez wskazanie, że termin na wymianę będzie liczony od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 2 ust. 13 Umowy – jako klauzuli niezgodnej z przepisami PZP. Wykonawca nadmienia, iż w świetle art. 433 PZP, postanowienia Umowy co do zasady nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 6 ust. 4 Umowy poprzez wskazanie, iż potrącenie kar umownych z faktur może dotyczyć wyłącznie kar umownych, które nie zostały zakwestionowane przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od wezwania ich uiszczenia. Wykonawca nadmienia, iż odmienne rozwiązanie będzie niezgodnie z art. 498 § 1 oraz art. 499 Kodeksu cywilnego, który umożliwia dokonanie potrącenia wierzytelności wymagalnych na skutek złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 7 ust. 2 Umowy jako klauzuli sprzecznej z § 7 ust. 3 pkt b (który to punkt przewiduje sankcje w postaci odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia terminu dostawy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 4 Umowy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 4 Umowy poprzez wskazanie, że odstąpienie zostanie poprzedzone wezwaniem Kupującego do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami Umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu (co najmniej 7 dni) na podjęcie przedmiotowych działań oraz po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania i udostępnienia, których wzór przesyłamy w załączeniu ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
 - b) za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie o kreślonym w § 2 ust. 4 Umowy w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu**
 - c) za zwłokę w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8 1 ust. 3 Umowy w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu**



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

d) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy w wysokości 0.5 % **wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**

e) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie dotyczącym obowiązku systematycznego szkolenia personelu Zamawiającego z technik operacyjnych z użyciem Asortymentu **500,00 zł** za każde stwierdzone naruszenie,

f) za zwłokę w dostarczeniu Asortymentu i instrumentarium § 2 ust. 2 , w wysokości **0,05 %** łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 u st. 1 U mowy,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy wzoru umowy § 8¹ ust. 3

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8¹ ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zgłoszenia żądania” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu 10 poz. 2-8 oraz 10-20:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia komisji i dopuści dostarczanie przedmiotu zamówienia wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy treści Formularza ofertowego:

Czy w punkcie 15 Formularza ofertowego Zamawiający jako datę produkcji ma na myśli tylko 2021 r., czy nie wcześniej niż 2021 r. (czyli Wykonawca będzie mógł dostarczać również sprzęt wyprodukowany np. w 2022 r.)?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt 15 Formularza ofertowego i przyjmuje on aktualne brzmienie:

„15. Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny jest kompletny, nowy, rok produkcji minimum 2021 r., nie powystawowy, wolny od wad, nieużywany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych.”

Pytanie 23

Dotyczy pakietu 10 oraz terminu sterylności asortymentu:

Zgodnie z pkt IV.4.3 swz oraz par. 1 ust. 4 Wzoru Umowy, Zamawiający wymaga zapewnienia sterylności asortymentu minimum 24 miesiące od daty dostawy, natomiast zgodnie z par. 1 ust. 3 Wzoru Umowy termin ważności asortymentu w momencie wydania powinien wynosić nie mniej niż 12 miesięcy. Prosimy o wyjaśnienie które zapisy są wiążące.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga terminu ważności/sterylności asortymentu minimum 12 miesięcy.

W związku z powyższym § 1 ust. 4 wzoru umowy przyjmuje aktualne brzmienie:

„4. Termin sterylności asortymentu w momencie wydania, o którym mowa w § 2 ust. 2 i § 2 ust. 4 Umowy, będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy”.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu 10 oraz szkoleń personelu:

Zgodnie z par. 2 ust. 6 (oraz w odniesieniu do kar przewidzianych w par. 6 ust. 1 lit. e) Wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego szkolenia całego personelu (zespołu operacyjnego) Zamawiającego w zakresie technik operacyjnych z użyciem asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób oraz z jakim wyprzedzeniem ustalane będą terminy szkoleń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 25

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3 lit. a i b

Zwracamy się z wnioskiem o na zmianę brzmienia poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”. W świetle art. 433 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 5 do SWZ w § 7 ust. 3 lit. a i b poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”. W załączeniu Aktualny Załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 10 poz. 5 - Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia degeneracji kręgosłupa lędźwiowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

„wysokość implantów 7mm – 13mm stopniowane co 1mm oraz wysokości 15mm i 17mm” zamiast: „wysokość implantów 7mm – 13mm stopniowane co 1mm, oraz wysokości 15mm -17mm”?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 10 poz. 6 - Implant międzytrzonowy szyjny mocowany śrubami do trzonów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

„Dostępne implanty o następujących kątach w płaszczyźnie strzałkowej: 0°,7°,12°” zamiast: „dostępne implanty o następujących kątach w płaszczyźnie strzałkowej: 0°=2°:?”

Pozostałe parametry zgodne z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 10 poz. 11 - Rozkręcana proteza trzonu stosowana w złamaniach onkologicznych

„25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°, -8°, 8°, 16°, 0°/16°” zamiast: „25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°, -16°?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 10 poz. 13 Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia kręgozmyków

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

„wysokości implantów od 7mm do 17 mm ze skokiem, implant lordotyczny 7°” zamiast „wysokości implantów od 7mm do 17 mm ze skokiem, implant lordotyczny 5-7°”?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma, Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) oraz Załącznik nr 5 do SWZ – (Wzór umowy) - PO ZMIANIE.

Podpisał

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk