

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień publicznych)  
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl      www.szpital-lomza.pl

---

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2018

09.07.2018r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów zasadniczego i zastępczego oraz klimatyzatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży , Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) **przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator zastępczy używany, po szczegółowym przeglądzie technicznym?  
**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora zastępczego używanego , którego sprawność będzie potwierdzona dokumentem aktualnym na dzień złożenia oferty.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator zastępczy pracujący na tych samych materiałach co h co analizator zasadniczy z wyjątkiem odczynników do parametru D-dimer i materiałów eksploatacyjnych? Odczynniki do D-dimerów i materiały eksploatacyjne do analizatora zastępczego byłyby dostarczane nieodpłatnie do Laboratorium. W Laboratorium na stałe byłby utrzymywany bufor d-dimerów i materiałów eksploatacyjnych na wypadek awarii analizatora zasadniczego.

**Ad.2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której analizator zastępczy ma oprogramowanie w języku angielskim, a do podstawowych opcji prowadzą ikony obrazkowe?

**Ad.3. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ofertę, w której całość oferowanych odczynników do D-dimerów jest przeznaczona na analizator podstawowy? (Na wypadek awarii analizatora podstawowego zostaną dostarczone nieodpłatnie odczynniki do D-dimerów na aparacie zapasowym o liniowości 2280 ng/ml i materiały eksploatacyjne inne niż dla analizatora zasadniczego)

**Ad.4. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5**

Czy poprzez "system ciągłego ładowania odczynników, próbek i kuwet" Zamawiający rozumie system, w którym nie ma konieczności zaznaczania przez Operatora wkładania tych materiałów na pokład w softwarze aparatu (analizator sam identyfikuje i rozpoznaje obecność tych materiałów)?

**Ad.5. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ**

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga automatycznego czytnika kodów kreskowych do próbek i odczynników, nie wymagającego od Operatora kolejnego, manualnego skanowania wkładanych na pokład materiałów?

**Ad.6. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający wymaga, by oferowane liofilizowane materiały kontrolne, nie wymagały więcej czasu do rozpuszczenia, niż standardowy czas rekonstrukcji materiałów - 30 min?

**Ad.7. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wymaga aby stabilność kontroli po rekonstrukcji na pokładzie analizatora wynosiła minimum 6 godzin tak jak oferują wszyscy uznani na rynku koagulologicznym dostawcy?

**Ad.8. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy formularza cenowego**

Zwracamy uwagę na błędne nagłówki tabeli „II. Kalibratory, materiały kontrolne (codzienna kontrola parametrów na 2 poziomach 7 dni w tygodniu) oraz materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania ilości badań zaoferowanych.”

Zostały one prawdopodobnie omyłkowo zdublowane z tabeli odczynnikowej.

Proponujemy w odniesieniu do tabeli II anulowanie 2 ostatnich kolumn czyli "Cena ozn. brutto" i "Odczynniki przeznaczone na kontrole i kalibracje" i kolumny „Ilość oznaczeń z 1 op.”

**Ad.9. Proszę pominąć jeśli kolumna nie dotyczy.**

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy: projektu umów załącznik nr 5 do SIWZ**

W projekcie umowy w §6 ust. 1 lit b i c, Zamawiający określił wysokość kary umownej na 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. a Umów tj. łącznej wartości brutto sprzedaży asortymentu za każdy dzień zwłoki

Niniejsza umowa obejmuje sukcesywną dostawę produktów przez okres ok. 36 m-cy.

W takim przypadku kara umowna za nieterminową dostawę, powinna być liczona od wartości brutto niedostarczonego towaru, a nie od wartości łącznej wartości brutto sprzedaży asortymentu.

W przypadku obecnego zapisu, wysokość kary umownej jest niewspółmiernie wysoka i nie zapewnia równego traktowania stron.

Dlatego wnosimy o zmianę zapisu w umowie w paragrafie 6 ust. 1 lit. a, tak by naliczenie kar umownych było liczone od wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

Zaproponowana przez nas sposób naliczania kary jest zrównoważony i zapewnia równe traktowanie obu stron.

**Ad.10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Informację wysyłamy drogą elektroniczną oraz zamieszczamy na stronie internetowej [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

Z-ca DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
SZPITALA WOŃEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

lek. med. Hanna Majewska-Dąbrowska