

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210

e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/31/2020

14 lipca 2020 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej *ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

**Dotyczy Pakietu 11**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 11 w poz. 1 żelu znieczulającego o poj. 12 ml o zawierający 2g chlorowodoru lidokainy i 0,05 g glukonianu chlorheksydyny na 100 g preparatu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Pakietu 12**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 12 w poz. 1 żelu znieczulającego o poj. 6 ml o zawierający 2g chlorowodoru lidokainy i 0,05 g glukonianu chlorheksydyny na 100 g preparatu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy Pakietu 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o 11ml (11g)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy Pakietu 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o 6ml (6g)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 5**

### **Dotyczy Pakietu 13**

**Pozycja nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o długości 9,2 metra i następujących parametrach:

- Hipoalergiczny przylepiec z białego sztucznego jedwabiu;
- Pokryty klejem ze sztucznego kauczuku naniesionym paskami;
- Trzyma pewnie, jednak daje się bezboleśnie usunąć, a po jego zdjęciu nie pozostają resztki kleju;
- Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry;
- Nie wywołuje podrażnień skóry;
- Nie doprowadza naskórka do maceracji;
- Nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu;
- Ząbkowane brzegi pozwalają na oddzielenie bez użycia nożyczek i zabezpieczają przed strzępieniem się tkaniny;
- Od strony zewnętrznej jest impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

**Pozycja nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o długości 9,2 metra i następujących parametrach:

- Hipoalergiczny przylepiec z porowatej, przezroczystej folii;
- Pokryty klejem poliakrylowym;
- Trzyma pewnie, jednak daje się bezboleśnie usunąć, a po jego zdjęciu nie pozostają resztki kleju;
- Przy mocowaniu kaniuli i wężyków przezroczystość folii umożliwia w każdej chwili kontrolę stanu płynu;
- Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry;
- Nie wywołuje podrażnień skóry;
- Nie doprowadza naskórka do maceracji;
- Nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu;
- Daje się łatwo dzielić wzdłuż i w szerz bez użycia nożyczek;
- Od strony zewnętrznej jest impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

**Pozycja nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o długości 9,2 metra i następujących parametrach:

- Hipoalergiczny przylepiec wykonany z tkaniny wiskozowej;
- Pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami;
- Trzyma pewnie, a przy jego zdejmowaniu nie pozostają resztki kleju;
- Dobrze przylega, jest wytrzymały i nierozciągliwy;
- Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry;
- Nie wywołuje podrażnień skóry;
- Nie doprowadza naskórka do maceracji;
- Nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu;
- Ząbkowane brzegi pozwalają na oddzielenie bez użycia nożyczek i zabezpieczają przed strzępieniem się tkaniny;
- Od strony zewnętrznej jest impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 6**

### **Dotyczy Pakietu 7 pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 pozycja nr 1 hydroksypropylometylocelulozę 2.4% stężenie 24 mg/ml w ampułkostrzykawce 2.3 ml z kaniulą 23G, lepkość 7000 ( $\pm 3,000$  mPas) masa cząsteczkowa ~ 500,000 Da: Ph-6.8-7.6: objętość 2,0 ml kaniula 23 G, temperatura przechowywania 2°C - 25°C ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Pytanie 7**

### **Dotyczy Pakietu 7 pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 pozycja nr 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 8**

### **Dotyczy Pakietu 7 pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 pozycja nr 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

## **Pytanie 9**

### **Dotyczy Pakietu 3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku hydrokoloidowego w rozmiarze 20x22,5cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy Pakietu 3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku zbudowanego z 3 hydrokolidów, t.j. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

**Dotyczy Pakietu 3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku hydrokolidowego w rozmiarze 14x16cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

**Dotyczy Pakietu 13 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca włókninowego konfekcjonowanego w op. 12szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13**

**Dotyczy Pakietu 11 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu:

Jałowy żel w jednorazowym aplikatorze, zawierający w 1 g żelu : 20 mg chlorowodoru lidokainy

0.5 mg dichlorowodoru chlorheksydyny, którego cechuje :

redukcja ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych, działanie antyseptyczne i znieczulające wysoka gęstość sterylny harmonijkowy aplikator aplikatory zawierają po 12,5g (11ml) żelu, co wystarcza do napełnienia żelem cewki moczowej u jednego pacjenta sterylizacja parowa – eliminacja pozostałości EtO

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy Pakietu 12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu:

Jałowy żel w jednorazowym aplikatorze zawierający w 1 g żelu : 20 mg chlorowodoru lidokainy

0.5 mg dichlorowodoru chlorheksydyny, którego cechuje :

redukcja ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych, działanie antyseptyczne i znieczulające wysoka gęstość sterylny harmonijkowy aplikator aplikatory zawierają 8,5g (6ml) żelu, co wystarcza do napełnienia żelem cewki moczowej u jednego pacjenta sterylizacja parowa – eliminacja pozostałości EtO

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15**

**Dotyczy Pakietu 11 poz.1, Pakiet 12 poz.1**

Prosimy o wyjaśnienie czy żel ma zawierać cancerogenne barwniki ?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie 16**

**Dotyczy Pakietu 11-12**

Czy Zamawiający dopuści żel zawierający 2g chlorowodoru Lidokainy i 0,05g glukonianu chlorheksydyny na 100 g preparatu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

**Dotyczy Pakietu 13 poz. 1**

W związku z rozbieżnością w opisie przedmiotu zamówienia prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje przylepca włókninowego czy ze sztucznego jedwabiu?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przylepca ze sztucznego jedwabiu.**

**Pytanie 18**

**Dotyczy Pakietu 13 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19**

**Dotyczy Pakietu 13 poz. 1, 3**

Czy Zamawiający dopuści przylepce bez perforacji, ale łatwe do dzielenia wzdłuż i w poprzek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20**

**Dotyczy Pakietu 13 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie 21****Dotyczy Pakietu 11, 12**

Czy Zamawiający dopuści jałowy żel w jednorazowym aplikatorze, zawierający 2g chlorowodorku lidokainy i 0,05g glukozy chlorheksydyny na 100g preparatu do podawania docewkowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22****Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę**

**Pytanie 23****Dotyczy wzoru umowy**

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowego przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę**

**Pytanie 24****Dotyczy Pakietu 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 7 pozycję 1 do oddzielnego pakietu oraz dopuści materiał wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjnych - 2% hydroksypropylometylocelulozę o pojemności 2,5 ml, lepkości (5 s-1) 3 200 mPa.s, osmolarności 265-300 mOsm/l, pH 6,8-7,6?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie 25****Dotyczy Pakietu 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 w pozycji 1 100% fluorowany perfluorowęglowodór zawierający izomery perfluorooktanu (>95%), perfluoroheptanu i perfluorononanu we fiolce o objętości 5 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26****Dotyczy Pakietu 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 w pozycji 2 wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy, 1000 - 1500 mPa.s w szklanej strzykawce o objętości 10 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27****Dotyczy Pakietu 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 w pozycji 2 wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy, 5000 - 5900 mPa.s w szklanej strzykawce o objętości 10 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28****Dotyczy Pakietu 9 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 w pozycji 3 wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy, 1000 - 1500 mPa·s w szklanej strzykawce o objętości 10 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29**

**Dotyczy Pakietu 9 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 w pozycji 3 wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy, 5000 - 5900 mPa·s w szklanej strzykawce o objętości 10 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30**

**Dotyczy Pakietu 9 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 w pozycji 4 sterylną, niegoraczkotwórczą mieszaną wysoko oczyszczonego oleju silikonowego i częściowo fluorowanej olefiny, o gęstości większej niż gęstość wody, w szklanej strzykawce o objętości 10 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 33**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 34**

**Dotyczy wzoru umowy**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 1 Projektu Umowy następujących zapisów:

*„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 35**

**Dotyczy wzoru umowy**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie niezmienną**

**Pytanie 36**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. a) pkt i Projektu umowy, do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 37**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. a) pkt ii Projektu umowy, do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 38**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. b) pkt i Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 39**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. b) pkt ii Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

#### Pytanie 40

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. c) pkt i Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

#### Pytanie 41

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. c) pkt ii Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

#### Pytanie 42

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. d) Projektu umowy do 0,1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

#### Pytanie 43

##### **Dotyczy Pakietu 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowego objętość 2 ml x 1 szklana amp/strz. o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym, preparat wysoce dyspersyjny, pH 6.8–7.6, lepkość 4 500–9 500mPas, kaniula 23G.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 44

##### **Dotyczy Pakietu 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu zawierającym 1 szt. – ampułkostrzykawkę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dochowania całkowitej wymaganej ilości opakowań (60 szt.)**

#### Pytanie 45

##### **Dotyczy wzoru umowy § 1 Ustęp 3**

W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy. W związku z powyższym zapis w § 1 Ustęp 3 przyjmuje aktualne brzmienie:**

„Termin ważności asortymentu w momencie wydania, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, będzie wynosił:

**12 miesięcy** licząc od daty dostawy – dotyczy Pakietu 2 - 18

**6 miesięcy** licząc od daty dostawy – dotyczy Pakietu 1”

#### Pytanie 46

##### **Dotyczy Pakietu 6 poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe smoczki z nakrętką, mikrobiologicznie czyste? Proste – bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE - elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem azotu, kodowane kolorem na opakowaniu:

- dla noworodków donoszonych z trzema otworami – średnim wypływem;

- dla wcześniaków z jednym otworem – wolnym wypływem?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 47

##### **Dotyczy Pakietu 6 poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści butelki do karmienia ze skalą odporną na ścieranie, pakowane w opakowaniu zbiorczym 40szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.**

#### Pytanie 48

##### **Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt b) i c)**

Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 1 pkt b) i c) poprzez nadanie mu następującej treści:

##### **§ 6.**

Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wypadku:

odstąpienia od Umowy w całości – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

odstąpienia od Umowy w części – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy w stosunku

do tej części Umowy,

za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:

w wysokości **0,3%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty **roboczy** dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,

w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty **roboczy** dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8<sup>1</sup> ust. 3 Umowy:

w wysokości **0,3%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty **roboczy** dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty **roboczy** dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

[...]

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie**

#### **Pytanie 49**

##### **Dotyczy Pakietu 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna (1,5kcal/ml), bezreszkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany (ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 50**

##### **Dotyczy Pakietu 7 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuści metylocelulozę o stężeniu 2%, pojemności 2ml, lepkości 3000-5000mPas, osmolarności 270-400mOsm/l, właściwościach dyspersyjnych i pH 6,8-7,8?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 51**

##### **Dotyczy Pakietu 7 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 wymaga sterylnego roztworu Brillant Blue G (ilm) o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonego w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do barwienia i wizualizacji błony granicznej wewnętrznej Gęstość: 1,01 kg/l, osmolarność 334mOsm/kg ,pH 7,3-7,7

Roztwór brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml, opakowanie = 5 ampułkostrzykawk.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**